

「新生児感染症マニュアル」
正誤表

上記書籍をご購入いただきまして、大変有難う存じます。
下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

場所	誤	正
282 頁	アシクロビル 300 mg/m ² 分3	アシクロビル 900 mg/m ² 分3

2025 年 12 月
診断と治療社